

Autorizované metrologické středisko  
SKLÁRNÝ KAVALIER, a.s.  
285 96 Sázava

## OSVĚDČENÍ O OVĚŘENÍ

### odměrných baněk s jednou ryskou

Stanovené měřidlo bylo schváleno a obdrželo úřední značku schválení TCM  
131/97 - 2712

Jmenovitý objem: 500 ml

ČJK: 632431021043

Datum výroby: 23.3.2009


Odměrné baňky byly ověřeny a vyhovují požadavkům následujících technických norem a předpisů:

ČSN ISO 1042	Laboratorní sklo - Odměrné baňky s jednou ryskou
ČSN ISO 384	Zásady navrhování a konstrukce odměrného skla
I - 1310	Instrukce pro úřední ověřování odměrného skla

Na základě toho jsou baňky opatřeny úřední značkou **K9** u objemové rysky.

Ověření bylo provedeno pomocí etalonových vah a měřidel s platnou kalibrační lhůtou, která jsou navázána na státní etalony.

Osvědčení vystavil:  
Ing. Eva Koldesiterová - vedoucí AMS



razítko AMS